



UMNG-VICADM-DIVCAD

ASUNTO: ADENDA No. 03 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 05 DE 2020, CUYO OBJETO ES: “COMPRVENTA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE SIMULACIÓN, BIOMEATRÓNICA, RECURSO AIRE, AGUA Y SUELO, BIOLOGÍA MOLECULAR, PROFUNDIZACIÓN EN QUÍMICA Y PROFUNDIZACIÓN EN FÍSICA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FASE 2 Y LABORATORIOS DE TOPOGRAFÍA, METALES Y SIMULACIÓN, DISEÑOS Y EXPERIMENTOS DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FASE 1 DE LA SEDE CAMPUS NUEVA GRANADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

DIRIGIDA A: PÚBLICO EN GENERAL PARTICIPANTE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 05 DE 2020.

La Universidad Militar Nueva Granada emite la Adenda No. 03 al pliego de condiciones de la Invitación Pública N° 05 de 2020, por tanto, los posibles proponentes tendrán en cuenta el contenido de esta Adenda para efectos de la elaboración de sus propuestas.

- 1. Se modifica el numeral 1.2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS del pliego de condiciones de la Invitación Pública N° 05 de 2020, en el sentido de incluir el siguiente código, así:**

Código - Segmento	Código - Familia	Código - Clase	Nombre - Clase
41000000	41110000	41111700	Instrumentos y accesorios de visión y observación

- 2. Se modifica el ítem 2 del grupo 12 en el ANEXO No. 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS y en el ANEXO No. 6 PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones de la Invitación Pública N° 05 de 2020, los cuales serán publicados en la página web de la Universidad en versión editable en formato Excel, así:**

GRUPO	ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANTIDAD
12	2	Estereomicroscopio Binocular	• RANGO DE ZOOM O MAGNIFICACION DE 5:1 a 6,7: 1 (0.8X A 4,0X) CON	7

			<p>OCULARES DE 10x</p> <ul style="list-style-type: none">• ÁNGULO DE OBSERVACIÓN 45° CON DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE DE 52 mm HASTA 76 mm +/-5mm• DISTANCIA DE TRABAJO DE 110 mm• CAMPO VISUAL DE OCULARES 10X DE 22 y/o 23 mm• INDICACIÓN DE AUMENTOS 0.8, 1, 2, 3, 4• MANDO HORIZONTAL DE EJE ÚNICO DERECHO/IZQUIERDO• LIBRE DE PLOMO (OPCIONAL)• BASE CON LUZ LED TRANSMITIDA Y REFLEJADA• CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: *MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS ANTIESTÁTICOS QUE PROTEGEN LAS MUESTRAS DE LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (OPCIONAL)	
--	--	--	---	--

Los demás términos y condiciones del Pliego de Condiciones de la invitación pública N° 05 de 2020 continúan vigentes. Por lo tanto, no se reciben más observaciones al pliego de condiciones.

Dada en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2020.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
NICOLL CAROLAIN GARCÍA GIL
Jefe División de Contratación y Adquisiciones

Adecuó: Cristhian Jiménez. P.E. Sección de Contratos de Mayor y Menor Cuantía
Revisó: Julián Camilo Rodríguez Fonseca. P.E. Sección de Contratos de Mayor y Menor Cuantía
Visto bueno: Comité Técnico