

UMNG-VICADM-DIVCAD

ASUNTO: RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES E INQUIETUDES PRESENTADAS FRENTE A LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N° 34 DE 2022 CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TRES DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) PARA EL EDIFICIO DE POSTGRADOS SEDE BOGOTÁ DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.”

DIRIGIDA A: PÚBLICO EN GENERAL PARTICIPANTE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N° 34 DE 2022.

Respetados Señores:

Nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas frente al Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía 34 de 2022, recibidas mediante correo electrónico.

Observación realizada por OMICROON SAS:

OBSERVACIÓN 01:

“ 2. CONDICIONES ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS:

• UNIDAD DE ELECTRODOS PEDIÁTRICOS vigencia (24 meses);

Nos permitimos informar que:

Nuestro DEA se caracteriza porque su juego de electrodos sirve para paciente adulto y pediátrico; (la energía de la descarga se regula con un interruptor desde el equipo sin necesidad de cambiar a un electrodo especial para niños),.

Por favor aclarar si es aceptada esta condición ya que esto permitiría la pluralidad de proponentes.”

RESPUESTA 01:

Se acepta la observación. Se realizará adenda modificatoria correspondiente.



Dada A Los demás términos y condiciones del pliego de condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 34 de 2022, continúan vigentes.

Comité Técnico:

FIRMA ESTRUCTURADOR TÉCNICO
DIANA MARIA RINCON GALVIS
1023868508
TECNICO ADMINISTRATIVO



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440