

UMNG-VICADM-DIVCAD

Bogotá 15 DE Junio 2022

ASUNTO: RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES E INQUIETUDES PRESENTADAS FRENTE A LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N° 94 DE 2022 CUYO OBJETO ES: “Servicio de calibración y mantenimiento preventivo para los equipos de precisión del Laboratorio de Investigación de la Facultad de Medicina de la UMNG DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.”

DIRIGIDA A: PÚBLICO EN GENERAL PARTICIPANTE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N° 94 DE 2022.

Respetados Señores:

Nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas frente al Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía 94 de 2022, recibidas mediante correo electrónico.

Observación realizada por PROMET SAS:

OBSERVACIÓN 01:

“Marca y rango de las pipetas volumétricas – mono-canal,”

RESPUESTA 01:

PIPETAS VOLUMETRICAS MONOCANAL Y MULTICANAL	
MARCA	RANGO
NICHIPET	20-200 UL.
GILSON	1000 MICROLITROS
GILSON	1000 MICROLITROS
NICHIRYO	200 MICROLITROS

GILSON	200 MICROLITROS
MICHIPET	2 A 20 MICROLITROS
GILSON	2 MICROLITROS
GILSON	20 MICROLITROS
GILSON	20 MICROLITROS
GILSON	100 MICROLITROS
GILSON	100 MICROLITROS
NICHIRYO	DE 2-20UL
NICHIRYO	20-100UL
SOCOREX	2 UL
NICHIRYO	05 A 10 UL
NICHIRYO	0.2 A 2 UL
NICHIRYO	10 A 100 UL
NICHIRYO	20 A 200UL
NICHIRYO	100 A 1000 UL
NICHIRYO	1000 A 5000 UL
GILSON	1000UL
GILSON	20UL
THERMO SCIENTIFIC	8 CANALES, VOLUMENES: 0.5-5 ML/10-100ML
NICHIRYO	8 CANALES, VOLUMENES: 0.5-5 ML/10-100ML.

OBSERVACIÓN 02:

“Marca y modelo del equipo phmetro,”

RESPUESTA 02:

MEDIDOR DE PH METRO	
MARCA	MODELO
Equipo 1: FISHER - REF. 13636AB15	AB15
Equipo 2: FISHER - REF. 13636AB15	AB15

OBSERVACIÓN 03:

“por favor aclarar si la calibración es requerida por laboratorio acreditado ONAC en la variable de potencial de hidrogeno”

RESPUESTA 03:

- El proveedor debe estar acreditado por ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA **ONAC** para poder realizar la calibración de los diferentes equipos, incluidas todas las variables.

Dada a Los demás términos y condiciones del pliego de condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 94 de 2022, continúan vigentes.

Comité Técnico:

FACULTAD DE MEDICINA
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES
Jenny Consuelo Barrera Herrera
Jenny.barrera@unimilitar.edu.co
TEL ext: 2026.